

2013年7月11日

各 位

アルフレッサ ファーマ株式会社

手術用「ナイロン縫合糸」の自主回収のお知らせ

弊社が製造販売しております手術用「ナイロン縫合糸」の8袋において、縫合糸が黒色であるにもかかわらず個包装内の糸保持具に誤って青色と表示されていることを確認いたしましたので、本年7月11日より下記製造番号の製品の自主回収を行っております。

対象製品の有効性、安全性、品質に問題はなく、健康被害の原因となるおそれはないと考えております。

弊社製品をご愛顧いただいている皆様にご迷惑をおかけする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。今後は再発防止に万全を期してまいります。

記

【回収対象製品】

1. 一般名及び販売名

一般名：ポリアミド縫合糸

販売名：ナイロン縫合糸

2. 対象ロット、出荷数量及び時期

対象規格 : GA04NB

対象ロット : 03168202

出荷数量 : 8袋

出荷時期 : 2013年6月26日～2013年7月5日

3. 回収開始年月日

2013年7月11日

【本製品に関するお問合せ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社

メディカルデバイス本部 MD推進部 Tel 06-6941-0303

以上